



得意先 各位

トクソー技研株式会社

TEL:0978-33-5595

FAX:0978-33-5596

人工呼吸器外れ防止具「レスピセーフバンド」の仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧ご厚情を賜り、厚く感謝申し上げます。

弊社商品の人工呼吸器外れ防止具「レスピセーフバンド」は気管カニューレとカテーテルマウントの接続部分を保持して、外れ事故を防止出来る商品です。

今回、コードロック部品の入手が困難になった為、部品を変更しますのでお知らせ致します。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 対象商品・品番

(1)人工呼吸器外れ防止具「レスピセーフバンド」(弊社品番:00214D00)

2. 仕様変更の内容

(1)コードストッパーロック部品の変更

3. 変更点について

	新仕様品	従来品
商品名	レスピセーフバンド	レスピセーフバンド
品番	00214D00	00214D00
入数	5個入り	5個入り
ベルト長	140mm	140mm
固定方法	コードストッパー方式	コードストッパー方式
外観		

4. 実施時期

(1)2025年2月以降生産分より変更します。

(2)従来品の在庫がなくなり次第新仕様品となります。

5. 本件に関するお問い合わせは、下記にお願いします。

トクソー技研株式会社 商品部 マーケティングG宛

TEL:0978-33-5595

メール:info@tokusoken.com

以上